



DZP/43/PN/2014-7.

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty – **dot. zadania nr 2** – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:
ambulansu sanitarnego typu C o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
– wraz z dodatkowym wyposażeniem
– do Woj. Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18 woj. podkarpackie.
tel.: (016) 677 50 63 ; – 65 ; 677 54 78 ; fax: 677 50 64.
(*postępowanie nr: ZP/43/PN/2014 – wg ewidencji zamawiającego*).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty i przekazuje dodatkowe informacje dotyczące przetargu w sprawie i wg oznaczenia jw., a dot. zadania nr 2, tj. dostawy: DEFIBRYLATORA z kardiowersją, stymulacją, pulsoksymetrią, NIBP i monitorowaniem EKG z 3/12 odprowadzeń, z funkcją transmisji danych.

Nazwa i adres wykonawcy wraz z uzasadnieniem wyboru oferty:

Nr zadania	Nr oferty	Nazwa wykonawcy oferty wybranej	Uzasadnienie wyboru oferty – kryterium: cena 100 % =100 punktów / max ilość
1	2	W.A.S. Wietmarscher – Polska Sp. z o.o. ; ul. Nowa 2 87-162 Lubicz	Jedyna ważna oferta – 100 pkt.

Zamawiający również zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie i wg oznaczenia jak na wstępie została odrzucona oferta oznaczona nr 1 wykonawcy: PHYSIO-CONTROL Poland Sales Sp. z o.o. ; Plac Lelewela 2 ; 01- 624 Warszawa.

- Merytoryczny powód odrzucenia oferty jw.
 1. Wg dokumentu ofertowego (kartka 6), w zapisie „KOMUNIKACJA / TRANSFER DANYCH” Lp. 42 – parametr / warunek: bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi 802.11 a/b/g/n; bluetooth; modem komórkowy USB – warunek NIE jest spełniony ze względu na brak w opisie oferty (w kolumnie parametry oferowane): bezprzewodowej transmisji danych w systemie WiFi.
 2. Wg dokumentu ofertowego (kartka 7), w zapisie „KOMUNIKACJA / TRANSFER DANYCH” Lp. 44 – parametr / warunek: port USB do transferu danych do komputera PC – warunek NIE jest spełniony ze względu na zapis w ofercie (w kolumnie parametry oferowane): „...„Brak portu USB do transferu danych do komputera PC”... Natomiast port RS232 NIE jest w pełnym tego słowa znaczeniu równoważny.
 3. Ponadto wg dokumentu ofertowego (kartka 4), w zapisie „PARAMETRY OGÓLNE” Lp. 2 – parametr / warunek: ciężar poniżej 6 kg z kpl. akumulatorów – warunek równoważności NIE jest spełniony ze względu na zapis w ofercie (w kolumnie parametry oferowane): „...„ciężar 9,1 kg”...”, a więc jak widzimy ciężar / masa przedmiotu zamówienia jest większa o 50%.
- Podstawa prawna odrzucenia ofert jw.: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej – podstawa prawna: art. 179 –192 ustawy z 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Zamawiający zawiadamia również uczestników postępowania, że zamierza zawrzeć umowę w postępowaniu, dot. przedmiotu zamówienia z zadania nr 2, po dniu: 25 listopada 2014r.

Podstawa prawna przekazania informacji zawartej w zawiadomieniu: art. 92 ust. 1 i 2 ustawy jw.

W imieniu zamawiającego:

Z upoważnienia
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu


mgr Alicja Szymańska

Jednocześnie wnoszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji na nr faksu: 16 677 50 64 oraz podanie informacji jn., a dotyczącej postępowania oznaczonego nr: ZP/43/PN/2014.

1. Otrzymaliśmy (podać ilość stron):
2. Data otrzymania:

Podstawa prawna: art. 27.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

.....
***Uprawniony przedstawiciel wykonawcy –
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.***

